

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних, якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівель

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. № 710»

На підставі розрахунку запланована закупівля міні лабораторії польової (UA-2021-06-09-004997-с)

1. Предмет закупівлі - Міні лабораторія польова (згідно ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори)
2. Спрощена процедура закупівлі
3. Очікувана вартість процедури: 78 600,00 гривень, з ПДВ.
4. КЕКВ: 3110
5. Обсяги закупівлі: 1 штука.
6. Строк надання послуг: по 16.08. 2021 року.
7. Місце надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19
8. Особливості вимоги до предмета закупівлі.

Технічні (якісні) вимоги до товару

1. Доставка товару: здійснюється на склад Замовника транспортом Постачальника та за його рахунок.
2. Товар має відповідати вимогам державних стандартів, технічним умовам та підтверджуватись відповідними сертифікатами відповідності або іншими документами, що підтверджують якість товару.
3. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи.
4. Технічна пропозиція Учасників повинна обов'язково містити відомості про виробника, перелік документів які засвідчують якість продукції та будуть надані при постачанні.
5. Якість товару підтверджується наданням документів, що підтверджують відповідність товару встановленим вимогам (сертифікат якості, паспорт, або інших), завірених підписом та печаткою уповноваженої особи учасника.
6. Умови розрахунків: оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Замовника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару на склад Замовника, на підставі наданого оригіналу рахунку та накладної.
7. Місце поставки товарів: 49005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19
8. Детальний опис предмету закупівлі (кількість):

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Од. вим.	Кількість
1	<p>Міні лабораторія польова Horiba LAQUA (набір аналізаторів)</p> <p>(номенклатурна позиція ДК021:2015: 38434560-9 Хімічні аналізатори)</p>	<p>Міні-лабораторія (pH, EC, Salt, NA, K, NO₃, Ca) Канали вимірювання pH, mV (pH), Cond, TDS, EC, Salt, Temp Тип pH електроду Плоский Речовини, в яких може вимірювати (pH) Вода, Розчини, Молоко, Ґрунт, Тверді речовини, Густі речовини, Біологічні рідини, Сир Діапазон (pH) 0 ~ 14 Дискретність (pH) 0.1 Точність (pH) ±0.1 Кількість точок калібрування (pH) 2 Діапазон (Cond) 0.0 ~ 199.9 мкСм/см, 200 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см, 20.0 ~ 200.0 мСм/см Дискретність (Cond) 1 мкСм/см, 0.01 мСм/см, 0.1 мСм/см Точність (Cond) ±4 мкСм/см, ±36 мкСм/см, ±0.4 мСм/см, ±4 мСм/см Кількість точок калібрування (Cond) 3 Діапазон (TDS) 0.0 ~ 99.9 мг/л (ppm), 100 ~ 999 мг/л (ppm), 1000 ~ 9990 мг/л (ppm) Роздільча здатність (TDS) 0.1 мг/л (ppm), 1 мг/л (ppm), 10 мг/л (ppm) Діапазон (Salt) 0 ~ 100 г/л (ppt) Дискретність (Salt) 0.1 г/л (ppt) Точність (Salt) ±2 г/л (ppt) Діапазон вимірювання температури (°C) 0 ~ 50 °C Робоча температура (°C) 5 ~ 40 °C Автоматичне калібрування Так Автоматична температурна компенсація Так Клас захисту IP67 Змінний електрод Так Підключення до ПК Ні Вбудована пам'ять Ні Підсвітка екрану Так Гарантія 12 міс.</p>	шт.	1

9. Для визначення очікуваної вартості було застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та прайс-листів на момент вивчення ринку

Уповноважена особа



Дмитро НОРОХА